


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный технолог

ООО «Самарские коммунальные системы»

 Л.А.Таловыря
«___» _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Анализатор растворенного кислорода МАРК 302М или аналог

Назначение: измерение концентрации растворенного кислорода и температуры водных сред, лабораторные и «полевые» измерения, определение БПК

№ п/п	Название	Технические характеристики
1	Автоматическая температурная и барокompенсация	наличие
2	Автоматическая градуировка по кислороду воздуха	наличие
3	Режим измерения, КРК мг/дм ³	наличие
4	Режим измерения, КРК% насыщения	наличие
5	Температура, °С	наличие
6	Простая калибровка по воздуху	наличи
Комплектация		
1	Преобразовательный блок	наличие
2	Кислородный датчик с кабелем 1,5 м	наличие
3	Руководство по эксплуатации	наличие
4	Паспорт	наличие
5	Первичная поверка	наличие

Начальник ИХБЛСВ



Н.А.Якимова