

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ000423

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Стерилизатор паровой ВК-75-01**

1. Стерилизатор паровой ВК-75-01

№ п/п	Название	Технические характеристики
1	Внутренние размеры стер. камеры	400х630 мм
2	Объем стер. камеры	75 дм <sup>3</sup>
3	Количество режимов стерилизации	2
4	Габариты ДхШхВ	740х570х1070 мм
5	Масса	не более 80 кГ
6	Способ загрузки	вертикальный
7	Способ нагрева	электрический
8	Рабочая камера и внутренняя сторона двери	нержавеющая сталь
9	Род тока	переменный
10	Частота	50/60 Гц
11	Напряжение	380 В
12	Потребляемая мощность	6 кВт
13	Рабочее давление	0.11-0.2 Мпа
14	Температура	120-132 °С
15	Время стерилизационной выдержки	45-20 мин
16	Управление	механическое

2. Оснащение парового стерилизатора.

- Вставка плавкая ВП1-1 2А (АГО.481.303 ТУ) - 2шт.
- Кольцо (ЦТ 129.02.009) - 4шт.

- Арматура светосигнальная АСН-1-220 1-1-4 неор. (ТУ 3469-00447148161-99) - 2 шт.

- Маховик (АКВ 50.00.143) - 1 шт.
- Прокладка стерилизационной камеры (АГ 1.01.16) - 2 шт.
- Прокладка ТЭН (АКВ 50.00.013) - 6 шт.
- Стекло водоуказательное d 12x3, L=375 мм (000000000001803) - 2 шт.
- Электронагреватель трубчатый (ТЭН 78.03.000-10) - 2 шт.
- Электронагреватель трубчатый (ТЭН 78.04.000-10) - 1 шт.
- Коробка КСК-18 (ТУ 9451-107-12517820-2003) - 3 шт.
- Поддон (ВК 751.01.014) - 1 шт.
- Клапан обратный (ВК 78.00.100) - 1 шт.
- Сетка (Ш.001) - 1 шт.

3. Основная арматура контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности - обязательное условие к поставке..

- Манометр электроконтактный,  
условное давление - предел измерений от 0 до 0,4 (4) МПа (кгс/см<sup>3</sup>)  
количество - 2 шт.  
Условный проход - 3 мм
- Мановакуумметр  
условное давление - предел измерений от 0,1 (1) до 0,5 (5) МПа (кгс/см<sup>3</sup>)  
количество - 2 шт.  
Условный проход - 3 мм
- Клапан предохранительный  
условное давление — 2,5 МПа (кгс/см<sup>3</sup>)  
количество - 2 шт.  
Условный проход - 3 мм
- Кран 1/2"  
условное давление — 2,5 МПа (кгс/см<sup>3</sup>)  
количество - 2 шт.  
Условный проход - 3 мм
- Колонка водоуказательная  
условное давление — 2,5 МПа (кгс/см<sup>3</sup>)  
количество - 2 шт.  
Условный проход - 3 мм
- Запасные детали (помимо тех, которыми оснащён стерилизатор)
- Электронагреватель трубчатый (ТЭН 78.03.000-10) - 2 шт.
- Электронагреватель трубчатый (ТЭН 78.04.000-10) - 1 шт.
- Техническая документация
- Паспорт стерилизатора парового ВК-75-01
- Паспорт сосуда, работающего под давлением
- Паспорт манометра электроконтактного
- Паспорт мановакуумметра
- Паспорт клапана предохранительного

Начальник ИХБЛСВ



Н.А.Якимова