

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ001785

Наименование МТР: Микроскоп Микмед 220 вариант 2

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Увеличение микроскопа	крат	40-1000
1.2	Визуальная насадка бинокулярная, посадочный диаметр окуляров 30 мм, возможность увеличения высоты окуляров на 40 мм путем разворота окулярных тубусов визуальной насадки на 180° (при межзрачковом расстоянии 65 мм)		
1.3	Угол наклона визуальной насадки	град	30
1.4	Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах	мм	47-75
1.5	Увеличение насадки		1
1.6	Окуляры широкопольные с удаленным зрачком 10/20; диоптрийная настройка +-5диоптрий на каждом окуляре		
1.7	Револьверное устройство		На 5 объективов
1.8	Тип коррекции объективов		ахроматы, рассчитаны на длину тубуса 160, парфокальная высота 45 мм
1.9	Объективы		4х/0,1; 10х/0,25; 40х/0,65; 100х/1,25 ми (20х/0,4 и 60х/0,85 - опция)
1.10	Предметный столик	мм	142х132
1.11	Диапазон перемещения препарата	мм	75 х 50 (с маркировкой на столике 90х65)
1.12	Диапазон перемещения столика по высоте	мм	19
1.13	Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура		1,25
1.14	Источник света		светодиод 5 Вт, 4600-5200 К
1.15	Источник питания - сеть переменного тока	В/Гц	220+-22/50
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок

			службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	не менее, лет	1
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	10
3	Комплект поставки		
3.1	Микроскоп	шт	1
3.2	Сетевой шнур питания	шт	1
3.3	Чехол	шт	1
3.4	Паспорт	шт	1
3.5	Светодиод 5Вт	шт	2
3.6	Предохранитель (вставка плавкая 1А, 250 В)	шт	3

ФИО Ответственного	
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения ИЦКВ	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	