

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ000275

Наименование МТР: Титратор цифровой BIONIT Biotrate (0-50 мл)

Функциональные параметры	Размерность	Требования заказчика
измерительное устройство	-	для точного дозирования жидкости во время процесса титрования.
объем	мл	0-50
дискретность	мл	0,01
шаг титрования	мл	0,01
вращение корпуса	°	360
индикатор заряда батареи	-	наличие
встроенная 3,6 В литиевая батарея, заряда которой хватает на 60 000 трехминутных титрований.	-	наличие
функция автоматического отключения без потери последних данных об объеме дозирования	-	наличие
фторопластовый поршень и боросиликатный стеклянный цилиндр	-	наличие
<b>Комплектация</b>		
паспорт или руководство по эксплуатации на русском языке	шт	наличие
свидетельство о первичной поверке	шт	наличие
комплект переходников для бутылей с горлом диаметром 33, 38, 45 мм		наличие

ФИО Ответственного	
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения ИЦКВ	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	