



Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ0000052

Наименование МТР: Термостат электрический с охлаждением ТСО-1/80 СПУ

№ п/п		Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		Термостат электрический суховоздушный с охлаждением предназначен для выполнения анализа на БПК (биологическую потребность кислорода), бактериологических и иных исследований.
1.2	Объем камеры	л	80
1.2	Диапазон задаваемых температур	°С	от + 5 до +60
1.3	Интервал задания температуры	°С	0,1
1.4	Максимальное отклонение температуры в любой точке камеры не ближе 50 мм от стенок от заданной после выхода на рабочий режим	°С	±1,5
1.5	Циркуляция воздуха		принудительная
1.6	Вывод на цифровой дисплей текущей и температуры		наличие
1.7	Регулирование и установка температуры		наличие
	Оповещение при превышении температуры		визуальное и звуковое
	Наличие охлаждения		есть
	Габариты камеры (ДхШхВ)	мм	395х390х490
	Габариты термостата (ДхШхВ)	мм	625х530х935
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.2	Паспорт изготовителя и руководство по эксплуатации		наличие
2.3	Срок службы	лет	10
2.4	Гарантия	месяцев	12

ФИО Ответственног о	Исаева Л.В.
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминова О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	