


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ000440

Наименование МТР: Термостат ТС-1/80 СПУ (рабочая камера на 80 л)

№ п/п		Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Назначение		Термостат электрический суховоздушный с охлаждением предназначен для выполнения анализа на БПК (биологическую потребность кислорода), бактериологических и иных исследований.
1.2	Объем камеры	л	80
1.2	Диапазон задаваемых температур	°C	от t комн. до +60
1.3	Интервал задания температуры	°C	0,1
1.4	Точность поддержания в опорной точке камеры в раб. режиме, °C		±0,4
1.5	Циркуляция воздуха		принудительная
1.6	Вывод на цифровой дисплей текущей и температуры		наличие
1.7	Регулирование и установка температуры		наличие
	Оповещение при превышении температуры		визуальное и звуковое
	Предельное отклонение температуры по объему камеры	°C	±1
	Габариты камеры (ДхШхВ)	мм	393x496x396
	Габариты термостата (ДхШхВ)	мм	521x721x525
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.2	Паспорт изготовителя и руководство по эксплуатации		наличие
2.3	Срок службы	лет	10
2.4	Гарантия	месяцев	12

ФИО Ответственног о	Исаева Л.В.
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	