

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ002288

Наименование МТР: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/200 СПУ

№ п/п		Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		Термостат электрический суховоздушный предназначен для проведения бактериологических и серологических исследований в медицинских учреждениях, в санитарно-бактериологических и диагностических лабораториях, в научно-исследовательских институтах, ветеринарных клиниках, в химической, пищевой промышленности и прочих предприятиях
1.2	Объем камеры	л	200
1.3	Диапазон задаваемых температур	°C	от t комн. + 2 до +60
1.4	Интервал задания температуры	°C	0,1
1.5	Максимальное отклонение средней температуры от заданной после выхода на рабочий режим:		
1.5.1	в диапазоне от t комн.+ 2 до +40	°C	не более ±1
1.5.2	при t +41 ... + 60	°C	не более ±1,5
1.6	Циркуляция воздуха		принудительная
1.7	Вывод на цифровой дисплей текущей и температуры		наличие
1.8	Регулирование и установка температуры		наличие
1.9	Оповещение при превышении температуры		визуальное и звуковое
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.2	Паспорт изготовителя и руководство по эксплуатации		наличие

2.3	Срок службы	лнт	10
2.4	Гарантия	месяцев	12

ФИО Ответственног о	
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	