

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ001645

Наименование МТР: Весы лабораторные аналитические II класса точности; предел взвешивания 1200 гр, дискретность 0.01 гр, внутренняя калибровка (весы лабораторные VIBRA AB 1202RCE)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Класс точности		Высокий (II)
1.2	Производитель		Vibra (Shinko Denshi)
1.3	Наибольший предел взвешивания	граммы	1200
1.4	Наименьший предел взвешивания,	граммы	0.5
1.5	Дискретность	граммы	0,01
1.6	Калибровка		Внутренняя
1.7	Габариты	мм	293x196x89
1.8	Размер платформы	мм	190x190
1.9	Дисплей с подсветкой		Жидкокристаллический
1.10	Вес	граммы	2600
1.11	Интерфейс связи		RS-232C
1.12	Датчик		Tuning Fork
1.13	Гарантия на датчик	год	5
1.14	Питание		Адаптер AC/DC 230V/6V
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Руководство по эксплуатации		Наличие, на русском языке
2.2	Паспорт		наличие, на русском языке
2.3	Свид-во об утверждении типа СИ		наличие
2.4	Свидетельство о первичной поверке		наличие

ФИО Ответственного	
Должность:	
Телефон/Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	