


Особые требования к поставке.
Редуктор кислородный БКО-50

Кислородные манометры, установленные на редукторе должны иметь:

- Индивидуальный заводской номер;
 - Индивидуальный паспорт завода-изготовителя;
 - Отметку в паспорте о первичной поверке на заводе-изготовителе;
 - Межповерочный интервал не менее 2 лет;
 - Защитный кожух;
 - Указатель предельного давления (1 маркер – «красная черта» на циферблате).
- Для манометра высокого давления на значении 17МПа;
Для манометра низкого давления на значении 1,25Мпа.

Главный метролог



И.Е. Яковлев