


Особые требования к поставке.
Редуктор азотный БАМЗ А-30-М

Манометры, установленные на редукторе должны иметь:

- Цветовую маркировку корпуса;
- Индивидуальный заводской номер;
- Индивидуальный паспорт завода-изготовителя;
- Отметку в паспорте о первичной поверке на заводе-изготовителе;
- Межповерочный интервал не менее 2 лет;
- Защитный кожух;
- Указатели предельного давления (маркер – «красная черта» на циферблате) на предельных давлениях в соответствии с паспортом редуктора.

Главный метролог



И.Е. Яковлев