


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	КИПиА
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	СВ000539

Наименование МТР: Манометр кислородный низкого давления к редуктору БКО-50

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Диапазон измерений	МПа	0 – 2,5
1.2	Класс точности	-	2,5
1.3	Диаметр корпуса	мм	50
1.4	Расположение штуцера	-	радиальное
1.5	Присоединительная резьба	-	M12x1.5
1.6	Материал корпуса	-	Сталь (цветовое кодирование на кислород)
1.7	Материал механизма	-	латунь (медный сплав)
1.8			
1.9			
1.10			
2	ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		ГОСТ 2405-88
2.2	Межповерочный интервал		2 года
2.3	Наличие первичной заводской поверки		Да
2.4	Указатель предельного давления (1 маркер – «красная черта» на циферблате)		Да. На значении 1,25 МПа
2.5	Наличие заводского номера		Да
2.6	Индивидуальный паспорт		Да
2.7	Обезжиривание прибора под кислород (+ знак O2 на циферблате)		Да
2.8	Наличие защитного кожуха		Да

ФИО Ответственного:	Яковлев Игорь Евгеньевич
Должность:	Главный метролог
Телефон:	+7 (846) 207-24-56
Электронный адрес:	iYakovlev@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	