


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	КИПиА
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	СВ000537

Наименование МТР: Манометр кислородный высокого давления к редуктору БКО-50

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Диапазон измерений	МПа	0 - 25
1.2	Класс точности	-	2,5
1.3	Диаметр корпуса	мм	50
1.4	Расположение штуцера	-	радиальное
1.5	Присоединительная резьба	-	M12x1.5
1.6	Материал корпуса	-	Сталь (цветовое кодирование на кислород)
1.7	Материал механизма	-	латунь (медный сплав)
1.8			
1.9			
1.10			
<b>2</b>	<b>ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		ГОСТ 2405-88
2.2	Межповерочный интервал		2 года
2.3	Наличие первичной заводской поверки		Да
2.4	Указатель предельного давления (1 маркер – «красная черта» на циферблате)		Да. На значении 17 МПа
2.5	Наличие заводского номера		Да
2.6	Индивидуальный паспорт		Да
2.7	Обезжиривание прибора под кислород (+ знак O2 на циферблате)		Да
2.8	Наличие защитного кожуха		Да

<b>ФИО Ответственного:</b>	Яковлев Игорь Евгеньевич
<b>Должность:</b>	Главный метролог
<b>Телефон:</b>	+7 (846) 207-24-56
<b>Электронный адрес:</b>	iYakovlev@samcomsys.ru
<b>Подпись:</b>	
<b>ФИО Директора по направлению:</b>	
<b>Подпись:</b>	