

Особые требования к поставке.
Редуктор пропановый БПО-5

Манометры, установленные на редукторе должны иметь:

- Цветовую маркировку корпуса;
- Индивидуальный заводской номер;
- Индивидуальный паспорт завода-изготовителя;
- Отметку в паспорте о первичной поверке на заводе-изготовителе;
- Межповерочный интервал не менее 2 лет;
- Защитный кожух;
- Указатель предельного давления (маркер – «красная черта» на циферблате) на значении 0,3 МПа.

Главный метролог



И.Е. Яковлев