


«УТВЕРЖДАЮ»

Главный технолог

ООО «Самарские коммунальные системы»

 Л.А.Таловыря
«09» 09 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на холодильник фармацевтический Pozis XF-400-2 с метал. дверью или аналог

1. Технические характеристики

№ п/п	Название	Технические характеристики
1.	Тип	Холодильник фармацевтический
2.	Объем	400 л
3.	Количество компрессоров	1 шт
4.	Цвет	белый
5.	Высота	1950 мм
6.	Ширина	600 мм
7.	Глубина	610 мм
8.	Дверь	Металлическая
9.	Количество ящиков	2 шт
10.	Вид полок	Решетка
11.	Максимальная номинальная мощность	250 Вт
12.	Напряжение	220 В
13.	Гарантия	2 года
14.	Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями	наличие
	Холодильная камера:	
15.	Система оттаивания холодильной камеры	авто
16.	Температура в холодильной камере	+2 ÷ +15 °C
17.	Точность поддержания температуры	±2 °C
18.	Наличие термокарты	да
	Класс энергопотребления:	A-D
	Комплектация:	
19.	Количество полок	7 шт
20.	Ключ	2 шт.
21.	Ерш	1 шт.
22.	Сосуд	2 шт.

2. Дополнительные требования

№ п/п	Название	Требования
1.	Гарантийная карта	Наличие на русском языке
2.	Руководство по эксплуатации	Наличие на русском языке

Начальник ИХБЛСВ



Н.А.Якимова