


«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор по качеству  
ООО «Самарские коммунальные системы»  
 И.О. А. Егорова  
«    »    2022 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на роторный испаритель R205B или аналог

Назначение: предназначен для упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей

| № п/п | Название                             | Размерность    | Технические характеристики                    |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
| 1     | Ротационная колба, тип присоединения |                | грушевидная 0,5л<br>шлиф NS29+1л шлиф<br>NS29 |
| 2     | Присмная колба, тип присоединения    |                | Круглодонная 1л<br>фланец KS35                |
| 3     | Тип конденсатора/площадь             | м <sup>2</sup> | вертикальный/ 0,16                            |
| 4     | Эффективность испарения воды         | л/ч            | 1,2   |
| 5     | Мощность мотора                      | Вт             | 40  |
| 6     | Скорость вращения ротационной колбы  | об/мин         | 20-180  |
| 7     | Материал стекла                      |                | Боросиликатное<br>(Pyrex G3,3)                |
| 8     | Тип уплотнения                       |                | PTFE  |
| 9     | Предельный вакуум                    | миллибар       | 2   |
| 10    | Манометр                             |                | стрелочный                                    |
| 11    | Регулировка скорости                 |                | электронная<br>бесступенчатая                 |
| 12    | Мощность нагрева                     | кВт            | 1,5   |
| 13    | Диапазон нагрева бани                | оС             | 20-100  |
| 14    | Индикация температуры бани           |                | Цифровая                                      |
| 15    | Размер бани                          | мм             | 250x150                                       |
| 16    | Размер установки                     | мм             | 700x350x920                                   |

|    |                             |      |                            |
|----|-----------------------------|------|----------------------------|
| 17 | Регулировка высоты          | мм   | 120                        |
| 18 | Питание                     | В/Гц | 220/50                     |
|    | КОМПЛЕКТАЦИЯ                |      |                            |
| 1  | Руководство по эксплуатации |      | наличие (на русском языке) |
| 2  | Паспорт                     |      | наличие                    |
| 3  | Насос мембранный вакуумный  |      | наличие                    |
| 4  | Комплект запасных частей    |      | наличие                    |
| 5  | Комплект колб               | мл   | 100; 250; 500; 1000        |

Срок гарантии — не менее 12 месяцев.

Начальник ИЦКВ



О.И. Нездойминога