


Приложение к договору  
от \_\_\_\_\_ 2022 № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный технолог

ООО «Самарские коммунальные системы»

 Л.А.Таловыря  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на стерилизатор суховоздушный

### 1. Технические характеристики

№ п/п	Название	Технические характеристики
1	Объём рабочей камеры стерилизатора (ИХГхВ), дм <sup>3</sup>	80
2	Вид стерилизации	Суховоздушная стерилизация
3	Диапазон рабочих температур, °С	30-250
4	Количество полок в комплекте(минимум), шт	3
5	Тип конвенции	Принудительная

### 2. Комплектация

- подставка под стерилизатор.

### 3. Необходимая документация

- паспорт;
- гарантийный талон;
- Протокол первичной аттестации на режимах 40, 180 и 250°С.

И.о. начальника ИХБЛСВ



А.В. Зинковская