


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	КИПиА
№ опросного листа:	№ 3	Код МТР в ЕНС РКС:	СА00029963

Наименование МТР: Расходомер-скоростемер микрокомпьютерный МКРС 0,001...10000м² 0,02...5м/с портативный (либо аналог)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		Измерение средней скорости водного потока в открытых естественных и искусственных руслах и каналах
1.2	Состав прибора:		- Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1. - Гидрометрические вертушки ИСП-1М: <ul style="list-style-type: none"> Диаметром 70 мм с геометрическим шагом 110 мм. Диаметром 120 мм с геометрическим шагом 180 мм.
1.3.	Диапазон измерений скорости водного потока, м/с:		
1.3. 1.	с лопастным винтом вертушки диаметром 70 мм	м/с	0,06 - 5,00
1.3. 2.	с лопастным винтом вертушки диаметром 120 мм	м/с	0,03 - 5,00
1.4	Диапазон индикации и регистрации числа выходных сигналов вертушки, об	об	0 - 9999
1.5	Соотношение между частотой вращения лопастного винта и частотой выходных сигналов вертушки		1:1
1.6	Время измерений, с, не менее	с	60
1.7	Рабочие условия эксплуатации:		
1.7. 1.	Диапазон температуры окружающего воздуха	°С	-40...+40
1.7. 2.	Диапазон температуры воды	°С	от 1 до 30
2	Комплектация		
2.1	Вертушка гидрометрическая	Шт.	1
2.2	Лопастной винт диаметром 120 мм	Шт.	1
2.3	Лопастной винт диаметром 70 мм	Шт.	1
2.4	Преобразователь сигналов вертушки ПСВ-1 с чехлом	Шт.	1

2.5	Провод сигнальный	м	10
2.6	Комплект сменных и запасных частей, инструмента и принадлежностей	Шт.	1
2.7	Футляр (Чемодан)	Шт.	1
2.8.	Руководства по эксплуатации ПСВ-1 и ИСП-1М	Шт.	2
3	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
3.1	Соответствие стандартам		-
3.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
3.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
3.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	не менее, лет	24 месяцев
3.5	Срок службы до списания	не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Яковлев Игорь Евгеньевич
Должность:	Главный метролог
Телефон / Факс:	+7 (846) 207-24-56
Электронный адрес:	iYakovlev@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Егорова Юлия Анатольевна
Подпись:	