


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ИБ00027716

Наименование МТР: Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения химических анализов
1.2	Объем	л	80
1.3	Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	525х521х721
1.4	Размеры камеры (ШхГхВ)	мм	396х393х496
1.5	Вес, не более	кг	40
1.6	Способ управления		автоматический
1.7	Материал камеры		нержавеющая сталь
1.8	Количество полок	шт	2
1.9	Количество дверей	шт	2 (1 стеклянная)
1.10	Задаваемые температуры	°С	t окр. ср. +5...+60
1.11	Дискретность задаваемой температуры	°С	0,1
1.12	Время установления рабочего режима	ч	2 (при max t)
1.13	Предельное отклонение температуры	°С	±0,4
1.14	Конвекция		есть
1.15	Режим свободной установки параметров		есть
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Документация - паспорт - об первичной аттестации на температуру 20°С		наличие наличие
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Гарантия производителя, не менее	мес	12
2.4	Условия доставки		Доставка до лаборатории г. Самара, ул. Обувная, 136, 3 этаж

ФИО Ответственного:	Дивеева А.С.
Должность:	Инженер-химик
Телефон:	17-34
Электронный адрес:	andiveeva@samcomsys.ru
Подпись:	

ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	