


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ИБ00041252

Наименование МТР: Шейкер лабораторный возвратно-поступательный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1.	Тип движения		возвратно-поступательное
1.2	Режим встряхивания		горизонтальный
1.3	Амплитуда	мм	32
1.4	Частота вращения	об/мин	20-250
1.5	Габариты	мм	не менее 320*125*375
1.6	Размер рабочей платформы	мм	не менее 290*258
1.7	Вес	кг	не более 8
1.8	Установка скорости встряхивания		цифровой дисплей
1.9	Комплектация		наличие не скользящего резинового коврика
1.10	Одновременная установка воронок	шт	не менее 2
1.11	Объем воронок	мл	250-1000
1.12	Тип воронок		цилиндрические, конические
1.13	Назначение		для встряхивания делительных воронок
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, ТС 004/2011 и 020/2011
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Требуется техническое обслуживание и ежегодной поверки на весь срок службы
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	1
2.5	Срок службы до списания	Не менее, лет	10

ФИО Ответственного:	Шендяпина А.П.
Должность:	Инженер-химик
Телефон:	207-25-76
Электронный адрес:	aSHendyapina@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	