


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИГ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИГ00041024

Наименование МТР: Пробирка полипропилен 50 мл

№ п/п		Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Объем	мл	50
1.2	Особенности		Винтовая крышка, шкала деления до 50 мл
1.3	Материал		Полипропилен
1.4	Форма пробирки		Коническая, с юбкой устойчивости
1.5	Назначение		Для проведения химических анализов
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать назначению
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	Дивеева А.С.
Должность:	Инженер-химик ИХБЛСВ
Телефон/Факс:	17-31
Электронный адрес:	andiveeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	