



Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ00025108

Наименование МТР: Термогигрометр Testo 608-H1

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение	мм	измерения температуры и влажности в помещениях при контроле параметров микроклимата
1.2	Непрерывное отображение температуры, влажности и температуры точки росы		Наличие
1.3	измерение температуры	°C	0 ... +50
1.3.1	погрешность	°C	±0,5
1.3.2	разрешение	°C	0,1
1.4	измерение влажности	% ОВ	10 ... 95
1.4.1	погрешность	% ОВ	±0,3
1.4.2	разрешение	% ОВ	0,1
1.5	Комплектация		
1.5.1	Термогигрометр	шт	наличие
1.5.2	руководство по эксплуатации	шт	наличие
1.5.3	паспорт завода-изготовителя	шт	наличие
1.5.4	свидетельство о первичной поверке	шт	наличие
1.5.6	свидетельство об утверждении типа средства измерений	шт	наличие
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминова О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	