


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ИА00025220

Наименование МТР: ГСО селен (стандартный образец состава раствора ионов селена (IV))

№п/п		Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	ГСО (государственные стандартные образцы)	ампула	Производители стандартных образцов должны соответствовать требованиям ISO 17034
1.2	Массовая концентрация ионов селена (IV)	мг/см ³	1,0
1.3	Объем ампулы	см ³	не менее 5
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	паспорт	шт.	1 - Паспорт стандартного образца утвержденного типа с утверждением о метрологической прослеживаемости
2.2	Стандартный образец с этикеткой	шт.	1

ФИО Ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминого О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	